

دعاوتنامه شرکت در مناقصه

موضوع: دعوت به مناقصه جهت، نصب خرید و راه اندازی اکسیژن ساز طبی دانشگاه علوم پزشکی قم
موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی اکسیژن ساز طبی مطابق مشخصات اختصاصی اسناد پیوست
شرح مختصری از مشخصات کار: خرید، نصب و راه اندازی اکسیژن ساز مرکزی جهت دانشگاه علوم
پزشکی قم

محل اجرای کار: استان قم، شهرستان قم، مراکز آموزشی درمانی نکوئی، کامکار، ایزدی.

مدت اجرای کار: ۹۰ روز

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان قم

دستگاه نظارت: ناظرین دانشگاه علوم پزشکی استان قم

دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی استان قم

نحوه ارایه قیمت: مبلغ پیشنهادی بصورت مقطوع در برگ پیشنهاد به صورت ریالی لحاظ خواهد شد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که باید به یکی از صورتهای مشروطه زیر، همراه با
اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.

الف - واریز مبلغ فوق به حساب شماره ۴۰۴۶۵۲ بانک رفاه شعبه علوم پزشکی قم به نام دانشگاه و ارائه
اصل فیش واریزی .

ب - ضمانتامه بانکی به نفع خریدار.

مدت اعتبار تضمینهای فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز
قابل تمدید باشد و علاوه بر آن ضمانتامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول تنظیم شود
اسناد مناقصه در ساعتهای اداری از تاریخ ۸۹/۷/۳۱ تا ۸۹/۷/۶ در محل دیر خانه دانشگاه علوم
پزشکی قم به فروش می رسد.

قیمت اسناد مناقصه یکصد هزار ریال (۵۰/۰۰۰) ریال است که باید به صورت وجه نقد پرداخت شود.
چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه، مایل به مشارکت در آن نیستید، مراتب را تا آخر وقت اداری روز
چهارشنبه مورخ ۸۹/۷/۱۴ به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۸۹/۷/۱۸ می باشد.

نشانی محل تسلیم پیشنهادها: دیر خانه دانشگاه علوم پزشکی استان قم

اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد
شد.

مناقصه به صورت دو مرحله ای می باشد، پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۸۹/۷/۱۸ در
کمیسیون مناقصه باز و خوانده می شود. و پس از بررسی فنی در زمان یا تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد
پاکت ج (پیشنهاد) قیمت باز می شود حضور یک نفر نماینده با معرفی نامه معتبر از طرف هر یک از

پیشنهاد دهنده کان در جلسه افتتاح پاکت قیمت پیشنهادها آزاد است. بدیهی است پاکت ج شرکت کنندگانی بازگشایی خواهد شد که امتیاز فنی لازم را آورده باشند. تمام اسناد مناقصه از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده بر اساس اساسنامه شرکت بر سر و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

تضمین انجام تعهدات و تضمین شرکت در مناقصه بر اساس مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/۲۸۴۹۳ ه مورخ ۱۳۸۲/۸/۱۱ هیئت وزیران و اصلاحیه آن می باشد.

برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس آیین نامه تعیین برنده مناقصه آئین نامه مناقصات دولتی و دیگر مقررات تعیین میگردد.

هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

پیشنهاد دهنده

نام

امضاء

شرایط احتسابی مناقصه

- ۱) فروشنده‌گان باید به جهت فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی در کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز باشند؛ به همین جهت ارائه شناسنامه معتبر ثبت شده در اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری است.
- ۲) فروشنده باید حداقل دارای ۵ سال فعالیت مستمر در زمینه اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA باشد (حداقل از شهریور ماه سال ۱۳۸۴ تا کنون) و همچنین دارای حداقل ۵۰ دستگاه نصب شده منحصراً از تولیدی‌های همان کمپانی که پیشنهاد آن را نموده (مارک مهم است و مدل مطرح نیست) در داخل کشور و در مراکز معتبر درمانی باشد و در این رابطه باید مدارک خود را نیز ارائه نماید.
- ۳) فروشنده باید برای دستگاه‌های پیشنهادی مورد مناقصه به یکی از اشکال زیر، فعال باشد:
 - * تولید کننده: که در این صورت باید پروانه ساخت معتبر وسیله پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی که تاریخ اعیان آن منقضی نشده باشد را ارائه نماید.
 - * وارد کننده: که در این صورت باید نامه نمایندگی انحصاری و یا رسمی با مهر ظهر نویس سفارت ایران در کشور مربوطه را ارائه نماید.
- ۴) فروشنده باید توانایی‌های علمی - فنی لازم را برای خدمات پس از فروش؛ پشتیبانی؛ تعمیر؛ گهداری؛ کالیبراسیون و گارانتی سیستمهای مورد مناقصه بهره مند باشد. و در این خصوص گواهی‌های بین المللی؛ رتبه بندي اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی؛ خوداظهاری؛ مدارک دوره‌های علمی گذرانده شده و نیز تائیدیه‌های سوابق خود در سایر مراکز درمانی کشور را مطابق شرایط فنی و عمومی اعلام شده مناقصه حاضر ارائه نماید.
- ۵) فروشنده متعهد می‌گردد که وسائل پزشکی موضوع مناقصه را منطبق با قوانین؛ ضوابط و مقررات جاری کشور به ویژه آین نامه تجهیزات پزشکی و همه ضوابط پیرامون آن و همچنین شرایط مناقصه که مورد تائید خریدار است ارائه نموده و برای همیشه پایبند به این مقررات و نیز اصلاحیه‌ها؛ دستورالعملها و مقررات مرتبط در هر زمانی که توسط هر مرجع ذی صلاح قانونی ابلاغ گردد می‌باشد.
- ۶) وسائل موضوع مناقصه باید از تولیدی‌های جدید کمپانی‌های تولید کننده در سال ۲۰۱۰ میلادی و کاملاً نو باشند.
- ۷) فروشنده جدول زمان بندي مراحل ساخت را در هنگام عقد قرارداد تحويل خریدار می‌نماید، در اين رابطه تولید کننده یا نمایندگی داخلی موظف است حداقل ۲ نفر از معرفی شدگان خریدار را جهت بازديد و بازرسی از خط تولید کمپانی سازنده موضوع مناقصه اعزام نموده و همکاری‌های لازم در این زمينه را با آنها بنماید.

۸) برنده مناقصه موظف به ارائه حداقل ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش عیناً مطابق تعریف و محتوای ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی برای همه اجزای مجموعه اکسیژن ساز شامل (کمپرسور - درایر - تانک ها و ...) می باشد ؛ این مسئولیت نصب ، راه اندازی ؛ انجام آزمون های پذیرش سیستم و تحويل دستگاه را نیز شامل می شود .

توجه : برای زئولیت ارائه حداقل ۱۰ سال گارانتی با شرایط ذکر شده الزامی است .

۹) فروشنده موظف به ارائه آموزش های فنی و کاربردی لازم به افراد معرفی شده از سوی خریدار در هر محل مورد نظر خریدار و به ازای هر دستگاه دو بار می باشد .

۱۰) فروشنده محتوای فرم قرارداد نگهداری دستگاه های موضوع مناقصه را که منطبق با ضوابط خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی تنظیم شده و به پیوست می باشد را بی قید و شرط می پذیرد و تائید می نماید این شرایط را برای بعد از دوره گارانتی به جهت انجام نگهداری هر ساله از دستگاهها به شرط خواست خریدار ؛ به انجام رساند ؛ همچنین در مواردی که نظر دیگری داشته باشد باید خریدار را مجاب نماید و نیز خریدار هم در اعمال نظرات تکمیلی وفق ضوابط و عرف مجاز خواهد بود .

۱۱) امتیاز نهایی جهت تعیین برنده بر اساس فاکتورهای بررسی کیفی وسیله و ماهوی تولید کننده ؛ نمایندگی و تعهدات خدمات پس از فروش و نیز نظریات کاربری و قیمت کمتر خواهد بود .
توجه : پیشنهاد دهنده نمی تواند وسیله ای را که اعلام فراخوان شده و یا استفاده ، به کارگیری و عرضه آن توسط اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، ممنوع اعلام شده است را پیشنهاد دهد .

شرایط عمومی مناقصه

موارد مندرج در این بند جزو شرایط عمومی مناقصه محسوب شده و پیشنهاد دهنده‌گانی که برای شرکت در این مناقصه دعوت می‌گردند باید شرایط و مفاد آن را در نظر داشته و دقیقاً رعایت نمایند؛ این مناقصه برای تامین تعداد ۵ دستگاه اکسیژن ساز مورد نیاز مراکز آموزشی درمانی تابعه و مورد نظر دانشگاه علوم پزشکی قم بالحاظ صرفه و صلاح دانشگاه برگزار می‌شود و پیشنهاد دهنده‌گان لازم است با رعایت قوانین؛ ضوابط؛ مقررات جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرایط و مفاد بین شده این مناقصه پیشنهاد قیمت خود را با شرایط ذکر شده اعلام نمایند؛ همچنین پیشنهاد دهنده‌گانی که پس از دریافت اسناد و مدارک مناقصه، مایل به شرکت در مناقصه نباشند باید مراتب انصراف خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۸۹/۷/۱۴ کتاباً به دستگاه مناقصه گزار اعلام دارند.

در غیر این صورت چنانچه از تسلیم پیشنهاد خودداری نمایند یا پیشنهاد ناقص ارائه دهنده طبق مقررات برای بار اول تا سه ماه و بار دوم تا شش ماه به و در صورت تکرار تا یکسال از دعوت به شرکت در مناقصه محروم خواهند شد.

نحوه پرداخت مبلغ کل قرارداد به شرح ذیل می‌باشد

۳/۱ - ۲۰ درصد مبلغ کل قرارداد معادل ریال پس از امضای قرارداد به عنوان پیش پرداخت و در قبال اخذ صماتنامه معتبر بانکی.

۳/۲ - ۸۰ درصد مبلغ کل قرارداد معادل ریال پس از تحويل؛ نصب و راه اندازی دستگاه به صورت ۸ قسط مساوی در ۸ ماه متوالی.

۳/۳ - شرکت موظف می‌باشد معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را به صورت تضمین بانکی جهت حسن انجام تعهدات به کارفرما ارائه نماید که این تضمین یک سال بعد از عقد قرارداد آزاد خواهد شد.
پیشنهاد باید به شرح زیر تهیه و ارائه گردد:

الف / پاکت الف شامل:

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که باید به صورت یکی از صور مطروحة در دعوتname تهیه گردد.

ب / پاکت ب شامل :

۱) مشخصات ماهوی شرکت شامل :

* الف : نام شرکت

* ب : نام مدیر عامل و افراد صاحب امضاء

* ج : روزنامه رسمی ثبت شرکتهای آگهی تاسیس و آگهی تغییرات

* د : رزومه کاری شرکت

۲) * تعهد نامه کتبی پاییندی شرکت به قوانین ؛ ضوابط و مقررات جاری کشور به ویژه آین نامه تجهیزات پزشکی و همه ضوابط پیرامون آن و نیز اصلاحیه ها ؛ دستورالعمل ها و مقررات مرتبط در هر زمانی که توسط هر مرجع ذیصلاح قانونی ابلاغ گردد . (موضوع تعهد نامه شماره ۲ پیوست که باید مهر و امضا شود)

(۳) *مجوزها شامل :

* الف : شناسنامه معتبر شرکت ثبت شده در اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

ب :

* (در مورد تولید کنندگان) پروانه ساخت معتبر وسیله پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد .

* (در مورد وارد کنندگان) نامه نمایندگان انحصاری و یا رسمی با مهر ظهر نویس سفارت ایران در کشور مربوطه .

۴) استانداردها و گواهی نامه های کیفی محصول شامل :

*الف: گواهی نامه بین المللی Directive 93/42/EEC class IIb CE کلاس C یا برای سیستم اکسیژن ساز

*ب : گواهی نامه ISO8573 class 1.4.1 در خصوص کیفیت هوای ورودی به مولد برای پیشنهاد دهنده گان کمپرسور OIL INJECTED .

*ج : گواهی نامه ISO8573-1 برای فیلتراسیون و درایرها .

*ج ۱: اگر درایر انتخاب شده از نوع refrigerator باشد ISO8573 class 1.4.1 لازم است

*ج ۲: اگر درایر انتخاب شده از نوع adsorption باشد ISO8573 class 1.1.1 لازم است.

*ه : تائیدی های کیفی مخازن تحت فشار بر طبق استانداردهای ملی و گواهی نامه های معترض بین المللی برای مخازن تحت فشار

*و : گواهی مطابقت با Directeive 97/23 EEC برای مخازن تحت فشار

(۵) توافقنامه های خدمات پس از فروش شامل:

الف / گواهی نامه ها:

الف ۱ : آخرین گواهی رتبه بندی شرکت صادر شده توسط اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی .

الف ۲ : گواهی نامه های بین المللی مدیریت کیفیت برای شرکت مجاز ارائه دهنده خدمات پس از فروش .

الف ۳ : گواهی نامه های دوره های علمی فنی که شرکت در دانشگاهها یا مراکز درمانی معترض داخل یا خارج از کشور در مورد دستگاه موضوع مناقصه برگزار نموده است و به تایید مسئولین ارشق همان مرکز درمانی یا دانشگاه رسیده باشد ..

الف ۴ : تائیدیه های مرتبط به رضایت مندی مراکز درمانی داخل کشور از نحوه ارائه خدمات شرکت ؟ تائید شده توسط بالاترین مسئول مرکز درمانی مذکور (در مورد دستگاه موضوع قرارداد ، به صورت مجزا)

ب / مدارک مربوط به افراد بخش سرویس شامل :

*ب ۱ : معرفی نامه افراد بخش سرویس با ذکر مشخصات کامل به همراه لیست ۶ ماهه اعلامی مشخصات ایشان از طرف شرکت به یمه به عنوان کارکنان شرکت .

*ب ۲ : آخرین مدرک تحصیلی افراد بخش سرویس که توسط یکی از مراکز معترض علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، علوم تحقیقات و فناوری و یا آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد و یا به تایید ایشان رسیده باشد .

ب ۳ : گواهی نامه های علمی فنی دوره های گذرانده شده توسط افراد بخش سرویس که تولید کننده در مورد دستگاه موضوع مناقصه ، آنها را صادر نموده باشد

ج / خود اظهاری ها (تعهد نامه ها) شامل :

*ج ۱ : تعهد نامه در خصوص کفايت ظرفیت تولید دستگاههای پیشنهادی برای نیاز مراکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی ؛ کامکار - عرب نیا و ایزدی در هر شرایط مصرف (موضوع تعهد نامه شماره ۱ پیوست که باید مهر و امضا شود)

*ج ۲ : فهرستی از مراکز درمانی که دستگاه موضوع مناقصه در آن جا نصب گردیده و به بهره برداری رسیده است و حداقل حاوی نوع و مدل دستگاه ، تاریخ دقیق نصب و مشخصات بهره بردار (شامل نام و تلفن مرکز درمانی و نیز شخص بهره بردار که در خصوص دستگاه مذکور بتوان با آن ارتباط برقرار نمود)
توضیح : این فهرست در دو فرم مجزا تنظیم شود ، به طوری که یک فرم حاوی اطلاعات دستگاههایی از موضوع مناقصه باشد که مدل آن در حال حاضر پیشنهاد شده است و فرم دیگر اطلاعات دستگاههایی از موضوع مناقصه با مدلهای دیگر باشد که منصوب و مورد بهره برداری است.

*ج ۳: مدرک خود اظهاری (تعهد نامه) در خصوص مدت زمان گارانتی با تعریف ضوابط خدمات پس از فروش ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبع
توضیح : این مدت زمان برای کل سیستم نباید از ۲۴ ماه کمتر و برای زئولیت از ۱۰ سال کمتر تعیین شود (موضوع تعهد نامه شماره ۲ پیوست که باید مهر و امضا شود)

*ج ۴: مدرک خود اظهاری (تعهد نامه) در خصوص مدت زمان ارائه خدمات پس از فروش با تعریف ضوابط خدمات پس از فروش ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبع (موضوع تعهد نامه شماره ۲ پیوست که باید مهر و امضا شود)
توضیح : این مدت زمان برای کل سیستم نباید از ۱۰ سال کمتر باشد .

*ج ۵: مدرک خود اظهاری (تعهد نامه) در خصوص سرعت ارائه خدمات منطبق با ضوابط خدمات پس از فروش ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبع . (موضوع تعهد نامه شماره ۲ پیوست که باید مهر و امضا شود)

توضیح : چنانچه شرکت نماینده قانونی مقیم شهر قم را (با حداقل اسناد شناسنامه ثبت شده شرکت نمایندگی در اداره کل تجهیزات پزشکی و قرارداد یا نامه نمایندگی شرکت به ایشان با اعتبار حداقل ۲ سال دیگر) معرفی نماید ؛ از قسمت سرعت ارائه خدمات پس از فروش حائز حداکثر امتیاز خواهد شد .

*ج ۶: مدرک خود اظهاری در خصوص متوسط هزینه نگهداری سالیانه هر سیستم شامل اجرای دستورالعمل های PM و ازمون های کالیبراسیون بعد از دوره گارانتی (که بدون قطعه و بر اساس سال جاری محاسبه شده است) تخمین زده شود . (موضوع تعهد نامه شماره ۲ پیوست که باید مهر و امضا شود)
*ج ۷: مدرک خود اظهاری در خصوص مدت زمان تحويل ، از زمان عقد قرارداد . (موضوع تعهد نامه شماره ۲ پیوست که باید مهر و امضا شود)

*ج ۸: چنانچه پیشنهاد برای سیستمهایی با مشخصه قابلیت توسعه تولید اکسیژن طبی متجانس با سیستم پیشنهادی باشد (در طراحی کمپانی سازنده به شکل option منظور شده باشد و یا به عنوان قابلیت مطرح باشد) ؟ در چنین شرایطی پیشنهاد دهنده تعهد جداگانه ای در پاکت "ب" اضافه می نماید مبنی بر این که برای اضافه ظرفیت مورد ادعا ، پیش بینی لازم را به عمل آورده است و در هر زمان با درخواست خریدار قابلیت انجام توسعه را دارد بدون آن که نیاز به تغییری در هر یک از اجزای فعلی سیستم (مورد پیشنهاد این

مناقصه) اعم از کمپرسور - درایر - تانکها را داشته باشد . (موضوع تعهد نامه شماره ۳ پیوست که باید مهر و امضا شود)

۶) مستندات نگهداری و تصدیق شامل :

*الف : کاتولوگ های دستگاه موضوع مورد مناقصه که توسط تولید کننده منتشر شده و حاوی حدائق شاخص های فنی سیستم باشد.

*ب : تکمیل و ارائه فرم مشخصات فنی به صورت جداگانه برای هر یک از اجزاء مجموعه سیستم به شرح پیوست

*ج : ریز محاسبات انجام شده که منتج به تعیین و پیشنهاد ظرفیت کمپرسور و درایر گردیده است .

*د : مدارک ثبتی ورود به گمرک جمهوری اسلامی ایران برای اولین دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA وارداتی شرکت تایید شده اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

ج : برنامه نگهداری پیشگیرانه برای یک دوره کامل منضم به فرمهای PM (کمتر از یک سال نباشد)

د : دستورالعمل استفاده و نگهداری از دستگاه ، تهییه شده به وسیله تولید کننده

۷) مدارک نصب شامل :

*الف : ارائه نقشه های اجرایی نصب

*ب : شماتیک های الکتریکی مربوط به نصب کامل .

*ج : ارائه توضیح جزئیات ساختمانی ؛ تاسیساتی ؛ وسایل جانبی ؛ ملزمات و هر موضوع قابل طرح با تخمین اعتبار مالی مورد نیاز بر پایه واحد.

*د : مستندات مربوط به مراکز نصب و فروش دستگاه موضوع مناقصه در کشور (در مورد مدل پیشنهادی به صورت مجزا)

*) اسناد مناقصه که به مهر و امضاهای مجاز شرکت رسیده باشد .

نحوه تنظیم پاکت ب :

کلیه مدارک و مستندات مربوط به بندهای ۱ تا ۸ به ترتیب پشت سر هم قرار داده شود سپس هر برگ (صفحات پشت و رو یک برگ محسوب می گردد) از یک الی آخر شماره گذاری گردد.

توجه مهم: اسناد و مدارکی که بعلامت (*) مشخص شده اند الزاماً باید در پاکت "ب" وجود داشته باشند؛ نقص در وجود این مدارک موجب مردود شدن پیشنهاد می شود و در چنین صورتی پیشنهاد ارزیابی نشده و پاکت "ج" پیشنهاد دهنده نیز باز نخواهد شد؛ در سایر موارد نیز موجب کسر امتیاز ویژه همان قسمت خواهد شد.

کلیه مدارک پاکت (ب) که دارای شماره برگ می باشد باید به طریقی به هم الحاق گردند که از هم جدا نشوند (مانند استفاده از پوشه و گیره مخصوص یا کلاسور یا فنر). ضمناً به هیچ عنوان از منگنه در هیچ کدام از صفحات استفاده نشود.

حتی المقدور برای ارسال مدارک از کاغذهای سایز A4 استفاده گردد.

کلیه مدارک فوق توسط کاغذ A4 رنگی با زدن شماره مورد از هم متمایز گردند
کلیه مدارک فوق که همگی باید به امضاء صاحبان امضاء رسیده باشد و ممهور به مهر شرکت باشد داخل پاکتی قرار داده شده لاک و مهر شود و روی پاکت نوشته شود پاکت (ب) پیشنهاد برای مناقصه خرید دستگاه های مولد اکسیزن طبی شامل برگ (تعداد برگ ها نوشته شود).

ج - پاکت ج شامل :

برگ پیشنهاد قیمت که در آن قیمت پیشنهادی به حروف نوشته شده باشد.

مقررات تنظیم پاکت ها:

پاکت های الف و ب و ج تواماً به همراه مدارک ذیل در پاکت سربسته دیگری قرار گرفته لاک و مهر شود روی پاکت اخیر نوشته شود پیشنهاد برای خرید دستگاه های مولد اکسیزن طبی.
در صورتیکه دارندگان امضاء مجاز شرکت در اساسنامه، حق دادن و کالت به غیر داشته باشند و پیشنهاد دهنده به و کالت از طرف مسئولین شرکت ارائه پیشنهاد نموده باشد، رونوشت مصدق (برابر اصل شده) و کالتname رسمی و کیل باید همراه پیشنهاد به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

تبصره: در صورتیکه بر اساس اساسنامه شرکت دارندگان امضاء مجاز بیش از یک نفر باشد لازم است تمامی اسناد مناقصه را تواماً همراه با مهر شرکت امضاء نمایند.

هر نوع مدارک و ضمائمی که به عنوان اسناد مناقصه یا مدارک و ضمائمی که بعداً از طرف کارفرما (خریدار) ارسال شده باشد (از قبیل تغییرات در تاریخ برگاری مناقصه یا پاره ای از مشخصات کار و غیره) باید به امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده بر اساس اساسنامه رسیده و به مهر شرکت ممهور باشد و در پاکت ب قرار داده شود.

نشانی پیشنهاد دهنده باید روی پاکت قید شده تاریخ تسليم پیشنهاد مشخص گردد. پاکت اخیراً الذکر (حاوی پاکت الف و ب و ج) باید حداقل تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۸/۰۷/۸۹ به دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی استان قم تحويل گردد.

پیشنهاد و اصله در ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۸۹/۷/۱۸ در کمیسیون مناقصه باز و قرائت خواهد شد و پس از بررسی فنی در زمان یا تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد پاکت ج (پیشنهاد قیمت) باز می شود.

تبصره ۵: پیشنهادات مشروط یا مخدوش از مناقصه حذف و هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد لذا پیشنهاد دهنده گان مکلف به اعلام قطعی تنها یک قیمت پیشنهادی می باشد.

کلیه صفحات و اوراق ارسالی در پاکت الف و ب و ج باید به امضاء مجاز شرکت پیشنهاد دهنده بر اساس اساسنامه رسیده و به مهر شرکت ممهور باشد.

در صورت ناقص بودن هر کدام از پاکتهای الف یا ب پاکت بعدی گشوده نشده و به پیشنهاد دهنده گان مسترد و پیشنهاد مربوطه مردود اعلام خواهد شد.

پیشنهاد دهنده گان باید کلیه اوراق و اسناد مناقصه را که از دستگاه مناقصه گزار دریافت میدارند بدون تغییر یا حذف قسمتی از آنها امضاء و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. در صورتیکه یک یا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده یا با مداد نوشته و با مهر و امضای ممهور شده باشد تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط و اسناد مناقصه از طرف پیشنهاد دهنده تلقی خواهد شد.

پیشنهاد دهنده می بایست در صورتیکه ۲ یا چند مدل پیشنهادی برای موضوع مورد مناقصه ارائه می کند برای هر پیشنهاد پاکتهای ب و ج جداگانه تهیه کرده و بر روی پاکت ب و ج متناظر شماره یکسان بزند
(پیشنهاد شماره _____)

پیشنهاد دهنده

نام

امضاء

مشخصات فنی دستگاه اکسیژن ساز

۱) مشخصات عمومی ژنراتور

دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی به روش (PSA) Pressure Swing Adsorption به اشکال ماثولار یا غیر ماثولار و به تعداد و ظرفیت‌های :

۱/۱ : تعداد ۴ دستگاه با ظرفیت تولید اکسیژن طبی در حدود ۴۵۰ لیتر بر دقیقه

۱/۲ : تعداد ۱ دستگاه با ظرفیت تولید اکسیژن طبی در حدود ۳۵۰ لیتر بر دقیقه

۲) دارای گواهی نامه بین المللی Directive 93/42/EEC class IIb کلاس CE

۳) قابلیت تولید اکسیژن با خلوص ۹۰-۹۶٪ (به طور متوسط ۹۳٪)

۴) حداقل فشار اکسیژن خروجی 5bar

۵) کیفیت اکسیژن خروجی از سیستم اکسیژن ساز باید با ویژگی تعیین شده در متن فارسی استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۷۶۶ یا ISO 10083 سال ۲۰۰۶ به شرح ذیل مطابقت داشته باشد :

الف - غلظت اکسیژن تولید شده، حداقل ۹۰ درصد کسر حجمی،

ب - غلظت منوکسید کربن، حداکثر ۵ میلی لیتر بر متر مکعب،

پ - غلظت دی اکسید کربن، حداکثر ۳۰۰ میلی لیتر بر متر مکعب،

ت - غلظت روغن اندازه گیری شده در دما و فشار محیط و اصلاح شده برای دمای صفر درجه سلسیوس، حداکثر ۰/۱ میلی گرم بر متر مکعب

* غلظت آب، حداکثر ۶۷ میلی لیتر بر متر مکعب،

یادآوری - بقیه گازها به طور عمدۀ شامل نیتروژن و آرگون است.

۶) سیستم اندازه گیری خلوص در انتهای مسیر با توجه به استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۷۶۶ ISO

۱۰۰۸۳) دارای آنالایزر اکسیژن با قابلیت اندازه گیری خلوص در گستره صفر تا ۱۰۰٪ و آلام هشداری با اعلان .

۷) قابلیت تعویض اتوماتیک منبع تأمین در صورت افت خلوص و در مواجهه با هر گونه نقص و وارد نشدن اکسیژن با خلوص پایین در خط مصرف و cut off نمودن اکسیژن با خلوص پایین .

۸) مواد مورد استفاده در دستگاه تغليظ کننده اکسیژن هوا با اکسیژن سازگار بوده و از درجه م迪کال کمپانی سازنده باشد.

۹) تمامی piping ها و اتصالات ، Gas specific باشد و با اکسیژن خلوص ۹۹٪ سازگار باشد.

ب : کمپرسور

۱) کمپرسور ترجیحا از نوع OIL FREE باشد ؛ اما چنانچه پیشنهاد دهنده کمپرسور OIL INJECTED را معرفی نماید ؛ آن گاه الزاما باید دسگاه کمپرسور ساخت کمپانی ATLAS COPCO کشور بلژیک سری Workplace باشد .

توضیح ۱ : کمپرسورهای OIL INJECTED شرح داده شده (ATLAS COPCO) باید الزاما اصالتا ساخت کشور بلژیک باشد و دستگاههای همین کمپانی که به هر شکل در هر کشور دیگری ساخته شوند ، مورد تایید نخواهد بود .

توضیح ۳- در صورت معرفی کمپرسور OIL INJECTED فیلتراسیون سیستم باید در مسیر هوای فشرده به مولد وجود داشته باشد تا کیفیت هوای ورودی به مولد در حداقل کلاس ISO 8573 ۱.۴.۱ باشد تا میزان هیدروکربن و رطوبت هوای فشرده در حد مجاز باشد .

۲) حجم هوایی که کمپرسور تولید می کند باید مناسب با میزان هوای مورد نیاز اکسیژن ساز (که کمپانی سازنده آن را تعیین نموده) و نیز شرایط آب و هوایی شهرقم و بالحظ اوج حرارت تابستانی به علاوه٪۲۰ زمان استراحت ، محاسبه و پیشنهاد شود .

توضیح : پیشنهاد دهنده‌گانی که سیستمهای قابل توسعه را پیشنهاد می کنند لازم است توسعه مورد نظر را نیز در معادلات خود محاسبه نمایند .

۳) کمپرسور باید قابلیت کار به صورت ۲۴ ساعته را داشته باشد .

۴) ماکریم صدای تولیدی کمپرسور در فاصله ۱/۵ متری 85 db باشد .

ج : درایر

۱) درایر باید مستقل از کمپرسور و با ظرفیت تقریباً دو برابر ظرفیت هوای خروجی کمپرسور باشد .
۲) قابلیت تخلیه اتوماتیک

۳) نمایشگر نقطه شبنم به صورت On line

۴) داشتن آلام خروجی در شرایطی که نقطه شبنم بالاتر از حد معمول باشد .

د : فیلترها

۱) انتخاب فیلترها مناسب با ISO 8573 ۱.۴.۱

۲) دارا بودن برنامه زمان بندی تعویض

۳) ترتیب نصب مطابق با توصیه کمپانی سازنده

۵ : تانک ها

- ۱) میزان فشار کاری تانکهای هوا و اکسیژن ۷ الی ۸ بار .
- ۲) ضخامت تانک ۶ الی ۸ میلی متر
- ۳) نوع ورق تانک فولاد یا گالوانیزه
- ۴) پوشش خارجی بهتر است که رنگ استاتیک باشد (کوره ای).
- ۵) پوشش داخلی برای تانک اکسیژن و هوا باید از مواد و ترکیبات سازگار با اکسیژن استفاده شده باشد .
- ۶) در انتخاب سایز تانک هوا تعیین زمان لازم برای استراحت کمپرسور و افزایش ندادن تعداد **loud** و **unload** کمپرسور و نیز تعیین هوای مورد نیاز برای تولید اکسیژن در مولد که افت فشار زیاد پس از ورود هوا به ستونها ایجاد نگردد ؛ لحاظ شود .
- ۷) در انتخاب سایز تانک اکسیژن باید قابلیت تامین اکسیژن خط مصرفی برای حداقل زمان ۱۵ دقیقه در موقع قطع تولید اکسیژن منظور شود تا در چنین شرایطی مرکز درمانی فرصت کافی داشته باشد تا از **BACK UP** کپسولی استفاده نماید .
- ۸) تانک اکسیژن باید قابلیت نوسان گیری ناشی از مصارف ناگهانی را داشته باشد .

(Oxygen Generator)

1	ظرفیت تولید دستگاههای پیشنهادی (لیتر بر دقیقه)
2	
3	
4	
5	
1	ظرفیت قابل توسعه سیستم (به ترتیب بالا)
2	
3	
4	
5	
	مشخصات CE
	خلوص اکسیژن حداقل / حداکثر / متوسط (به ترتیب)
	حداکثر غلظت منو اکسید کربن
	حداکثر غلظت دی اکسید کربن
	حداکثر غلظت روغن
	حداکثر غلظت آب
	مشخصات سیستم کنترل PLC
	مشخصات آنالیزرا کسیژن
	روش عملکرد دستگاه به هنگام افت خلوص
	لوله ها و اتصالات با کسیژن خلوص ۹۹٪ سازگارند ؟
	ماکزیمم و مینیمم فشار اکسیژن ایجاد شده در خط لوله کشی (کیلو پاسکال)
	آیا بر اساس ایزو 10083 بند 10.3.3 دارای اگزاست دوم نیز هست ؟

(Air compressor)

	مشخصات کمپرسور (کمپانی تولید کننده؛ مدل و سری شناسه ها)
	نوع کمپرسور از جهت محل قرارگیری (خارجی - داخلی)
	نوع کمپرسور از جهت روغنی OIL INJECTED یا OIL FREE
	نوع کمپرسور از جهت کوپلینگ (مستقیم یا تسمه ای)
	گواهی نامه ISO8573 class 1.4.1 در خصوص کیفیت هوای ورودی به مولد برای پیشنهاد دهنده کمپرسور OIL INJECTED
	حداکثر ظرفیت تولید هوا توسط کمپرسور با محاسبه شرایط استراحت
	میزان خروجی روغن در هوای خروجی
	قابلیت کار دائمی (الزاماً باید داشته باشد)
	ماکریم صدای تولیدی
	میزان برق مصرفی نسبت به هوای خروجی
	Air end کیفیت
	گواهی نامه های معابر بین المللی
	کشور سازنده قطعات مورد استفاده در کمپرسور به تفکیک
	شرکت های داخلی تامین کننده قطعات و لوازم یدکی

(Dryer)

	مشخصات درایر (کمپانی تولید کننده ؛ مدل و سایر شناسه ها)
	ظرفیت درایر (چند برابر ظرفیت کمپرسور)
	نقطه شبنم هوای خروجی
	آیا نشان گر دما دارد ؟
	آیا تخلیه خودکار دارد ؟ (الزاماً باید داشته باشد)
	آیا نشان گر نقطه شبنم هوای خروجی به صورت ONLINE دارد ؟ (الزاماً باید داشته باشد)
	آیا در شرایطی که نقطه شبنم بالاتر از حد معمول است آلام می زند ؟ (الزاماً باید داشتقباشد)

(Filtration)

	ISO انتخابی مناسب با فیلترها
	نوع فیلترها و ترتیب نصب
	آیا از سیستم فیلتراسیون دوبل استفاده می گردد ؟
	زمان تعویض
	هزینه هر بار تعویض فیلتر (برای همه فیلترها)
	میزان افت فشار در اثر به کار گیری فیلتر در مسیر
	آیا تخلیه خودکار دارد ؟

	آیا تائیدیه های کیفی مخازن تحت فشار بر طبق استانداردهای ملی ایران را دارد؟
	آیا آزمون مطابقت با Directeive 97/23 EEC دارد؟
1	استانداردهای مربوط به مخازن تحت فشار
2	
3	
4	
	میزان فشار کاری تانک هوا (بار)
	میزان فشار کاری تانک اکسیژن (بار)
	ضخامت تانک هوا
	ضخامت تانک اکسیژن
	نوع ورق تانک
	پوشش خارجی تانک
	پوشش داخلی تانک
	اندازه تانک هوا
	اندازه تانک اکسیژن

شماره :

تاریخ :

پیوست :

قرارداد

این قرارداد فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم ؛ به نشانی قم خیابان شهید لواسانی (ساحلی) با شماره تلفن ۰۷۷۲۶۶۸۸ به نمایندگی آقای دکتر سید شمس الدین حجازی که در این قرارداد به اختصار خریدار نامیده می شود از یک طرف و شرکت با شماره ثبت به نشانی آقای ، تلفن به نمایندگی آقای که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد و شرایط آن می باشد.

ماده ۱ - موضوع قرارداد

خرید دستگاه مولد اکسیژن طبی ساخت کمپانی کشور و با مدل عیناً مطابق شرح مشخصات فنی دستگاه مولد اکسیژن طبی که جزء لاینفک این قرارداد می باشد

ماده ۲ - مبلغ قرارداد

کل مبلغ قرارداد ریال می باشد.

تبصره یک : نصب، راه اندازی و آموزش کالای موضوع قرارداد که توسط کارشناسان فروشنده در زمان و محل اعلام شده از سوی خریدار انجام می پذیرد رایگان می باشد؛ شرح این تبصره یک بار نصب و راه اندازی و دو بار آموزش برای هر دستگاه و با اعلام کتبی خریدار و در زمان و مکان مورد نظر خریدار را شامل می شود و برای دفعات بیشتر فروشنده مطابق ضوابط اداره کل تجهیزات پزشکی صورتحساب جداگانه صادر می کند.

ماده ۳ - نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد در ۲ مرحله به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:

۳/۱ ۲۰ درصد مبلغ کل قرارداد معادل ریال پس از امضا فرارداد به عنوان پیش پرداخت و در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی.

۳/۲ ۸۰ درصد مبلغ کل قرارداد معادل ریال پس از تحويل ؛ نصب و راه اندازی دستگاه به صورت ۸ قسط مساوی در ۸ ماه متوالی .

۳/۳ شرکت موظف می باشد معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را به صورت تضمین بانکی به کارفرما ارائه نماید که این تضمین یک سال بعد از عقد قرارداد آزاد خواهد شد.

ماده ۴ - زمان تحویل کالا

حداکثر ۹۰ روز پس از انعقاد قرارداد.

تبصره یک : موارد فورس ماژور رافع مسئولیت فروشنده خواهد بود.

ماده ۵ - محل تحویل کالا

محل تحویل کالای موضوع قرارداد مراکز درمانی مورد نظر خریدار می باشد که متعاقباً کتابه وی اعلام خواهد شد.

ماده ۶ - تعهدات فروشنده

۶/۱ - فروشنده متعهد است دستگاهی را که به خریدار تحویل می دهد کاملاً نو؛ دقیقاً منطبق بمشخصات موضوع قرارداد و عیناً مطابق با مشخصات فنی پیوست لایفک این قرارداد (که ممهور واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم و امضا کنندگان مجاز فروشنده شده است) می باشد؛ همچنین متعهد است همه اقدامات قانونی را در ورود این دستگاه به داخل کشور و تا مرحله عرضه به خریدار طبق قوانین و ضوابط جاری جمهوری اسلامی ایران رعایت نماید؛ همچنین فروشنده فاکتور قطعی کالای موضوع قرارداد را همزمان با تحویل دستگاه به خریدار ارائه می نماید.

تبصره یک : چنانچه در هر زمان عدم تطابق وسیله پزشکی موضوع قرارداد و متعلقات آن با شرحیات این بند (به تائید واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم) مشخص گردد؛ خریدار می تواند نسبت به عودت آن در قبال دریافت مبلغ قرارداد و دریافت خسارات احتمالی اقدام نماید؛ همچنین حق شکایت از طریق مراجع قضایی و سایر مراجع قانونی برای خریدار محفوظ خواهد بود.

۶/۲ - در صورت تأخیر در تحویل و نصب و راه اندازی به موقع کالا توسط فروشنده معادل هر روز تأخیر برای هر دستگاه مبلغ ۱۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهدات به نفع خریدار از کل مبلغ قرارداد یا مطالبات فروشنده کسر خواهد شد.

۶/۳ - فروشنده متعهد به ارائه مشاوره لازم فنی در خصوص انتخاب جنس؛ اندازه لوله ها و اتصالات و چگونگی لوله کشی و نیز ارائه نقشه های کاربردی لوله کشی مطابق استانداردهای فنی و برای مراکز مورد نظر خریدار به صورت رایگان می باشد.

۶/۴ - مجموعه دستگاه موضوع قرارداد شامل همه اجزا به مدت.....ماه از تاریخ نصب و راه اندازی و یا.....ماه از تاریخ تحویل (هر کدام که زودتر فرابرسد) تحت گارانتی فروشنده می باشد؛ این مدت گارانتی برای زئولیت دستگاهسال خواهد بود.

تبصره دو : گارانتی علیوت است از ضمانتی که فروشنده به خریدار می دهد که محصول در طول مدت زمان معین شده کاملاً درست کار می کند و رضایت مشتری را برآورده می سازد و در غیر اینصورت محصول تعویض شده و یا اصل پول برگشت داده می شود؛ در چنین شرایطی خریدار هیچگونه وجهی

اعم از قطعات تعویضی ، اجرت ، هزینه حمل و نقل و ایاب و ذهاب و سایر هزینه ها را پرداخت نمی نماید

۶/۵- فروشنده متعهد است در طول مدت گارانتی با هر بار اعلان رسمی مراکزی که اکسیژن ساز در آن جا نصب می باشد کمتر از ۴۸ ساعت مراجعه ، رسیدگی فنی و اصلاح وضیت نماید ؛ همچنین باید قطعات معیوب با قطعات نو تعویض گردیده و هیچ هزینه جانبی نیز از قبیل رفت و آمد ، هتینگ و ... متوجه خریدار نمی باشد .

۶/۶- فروشنده متعهد به ارائه خدمات پس از فروش از قبیل سرویس دهی و تأمین قطعات و لوازم یدکی به مدت سال عیناً مطابق ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خواهد بود و در هر صورت ملاک خدمات پس از فروش در هر شرایطی این ضوابط خواهد بود .

۶/۷- پرداخت کلیه کسورات قانونی مربوط به قرارداد به عهده فروشنده می باشد .

۶/۸- چنانچه در حین نصب و راه اندازی و یا خدمات پس از فروش هر گونه خسارت به کارگران فروشنده و اشخاص ثالث وارد شود جبران خسارات وارد به عهده فروشنده می باشد .

۶/۹- در صورتیکه کالای موضوع قرارداد بدلیل نقص فنی ، نبودن قطعه و یا قصور فروشنده در ارائه خدمات در زمان گارانتی بیش از ۲ روز بلا استفاده باشد ، به ازای هر روز عدم کار کرد کالای موضوع قرارداد ، فروشنده می بایست مبلغ ۵۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان جریمه پرداخت نماید و بابت هر روز تأخیر یک هفته به مدت گارانتی اضافه می گردد .

۶/۱۰- فروشنده متعهد است چنانچه در هر زمان و به هر دلیل توانایی ارائه خدمات پس از فروش را توسط خود و یا نماینده رسمی خود از دست داد موضوع را با معرفی افراد حقوقی دیگر که مسئولیت ادامه تعهدات فروشنده را بر عهده دارند و خود متعهد ادامه ارائه خدمات می گرددند ، حداقل به مدت دو ماه زودتر و به صورت کتبی به اطلاع خریدار برساند . در اینصورت مسئولیت هماهنگی به عهده فروشنده خواهد بود .

تبصره سه: آموزش ، راهبری و عملیات نگهداری پیشگیرانه دستگاه به هر تعداد نفر به تشخیص خریدار و در محلی که دستگاه نصب و راه اندازی می شود را شامل می گردد
تبصره چهار: ورود هر گونه آسیب و خسارتی به کالای موضوع قرارداد پس از تحويل به بیمارستان به تشخیص واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم نظیر خسارات ناشی از حمل و نقل که بدون اطلاع و هماهنگی فروشنده انجام شده باشد ، ضربه و دخالت افراد غیر در نصب و راه اندازی و تعمیرات ، نوسانات برق ، بروز حالات فورس ماژور و وقوع حوادثی مانند زلزله ، سیل ، طوفان ، جنگ و آتش سوزی وسیع مشمول گارانتی نمی باشد .

ماده ۷- تعهدات خریدار

۷/۱- خریدار همکاریهای لازم را در جهت حسن اجرای مواد قرارداد با فروشنده به عمل خواهد آورد.

۷/۲- خریدار تمہیدات لازم را در جهت نصب و راه اندازی کالای موضوع قرارداد از قبیل تشکیل تیم دلخواه جهت آموزش در زمان مقرر و در صورت لزوم تهیه لوازم جانبی خارج از موضوع قرارداد به پیشنهاد فروشنده و به تشخیص خریدار را فراهم خواهد آورد.

۷/۳- خریدار موظف است در صورت ازایه سرویس دهی به موقع و با کیفیت مورد تأیید واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم از دخالت افراد غیر بدون هماهنگی با فروشنده ممانعت به عمل آورد.

ماده ۸- موارد اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص مفاد این قرارداد در صورتی که مصالحه دوستانه انجام نشود به داوری و مرضی الطرفین ارجاع و حکمیت به عهده اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت می باشد . در غیر اینصورت مراجع قضایی تصمیم گیری خواهند نمود .

ماده ۹- موارد فورس ماژور

در صورت بروز حالت فورس ماژور و وقوع حوادثی که رفع آنها خارج از اقتدار طرفین قرارداد باشد مانند زلزله ، سیل ، طوفان ، جنگ ، آتش سوزی وسیع، و وضعیت مذکور موثر در ایفای تعهدات موضوع این قرارداد گردد تعهدات طرفین تا رفع حالت مذکور حداکثر تا مدت سه ماه به حالت تعلیق در می آید و پس از آن حسب مورد با مذکوره فی مابین نسبت به فسخ یا ادامه اجرای قرارداد اتخاذ تصمیم میشود .

ماده ۱۰- فسخ قرارداد

این قرارداد فی مابین طرفین نافذ و معتربر می باشد .

تبصره یک: فروشنده اقرار می نماید از کلیه مفاد این قرارداد اطلاع کامل دارد و نمی تواند به عذر عدم اطلاع متuder شود .

ماده ۱۱- سایر موارد قرارداد حاضر در ۱۱ ماده و ۷ تبصره و سه نسخه و در سه صفحه تنظیم و در حکم واحد است .

فروشنده:

خریدار:

.....تاریخ:
.....شماره:
.....پیوست:

«قرارداد» بازرسی، نگهداری و تعمیر

این قرارداد فیما بین مرکز آموزشی درمانی به نشانی : قم..... و شماره
تلفن به نمایندگی آقای که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از
یک طرف و شرکت به شماره ثبت به نشانی : و شماره
تلفن به نمایندگی آقای که از این پس در این قرارداد
پیمانکار نامیده می شود و تحت نظارت واحد تجهیزات پزشکی به نشانی : قم ؛ خیابان شهید لواسانی -
دانشگاه علوم پزشکی - واحد تجهیزات پزشکی به عنوان ناظر معرفی شده از سوی کارفرما طبق شرایط زیر
منعقد می گردد:

ماده یک- موضوع قرارداد:

اجرای بازرسی، نگهداری و تعمیر تعداد دستگاه اکسیژن ساز مارک مدل
..... به شماره سریال های که در بخش مرکز آموزشی درمانی نصب
می باشد.

تبصره: بازرسی، نگهداری و تعمیر به کلیه برسی ها، تعمیرات، آموزش ها، برنامه ها، اقدامات و عملیاتی
اطلاق می گردد که مستمرآ جهت حصول اطمینان از اینمی، عملکرد صحیح و کالیبره یا تنظیم بودن وسیله
یا دستگاه و نیز جلوگیری از خرابی های قابل پیش بینی برای دستگاه توسط پیمانکار باید انجام شود.
ماده دوم- مبلغ و نحوه پرداخت آن:

مبلغ قرارداد معادل ریال می باشد که کارفرما موظف است در ۴ مرحله (دورهای ۳ ماهه)
پس از وصول مستندات مربوطه (فاکتور، کبی گزارش سرویس هر دستگاه با تأیید ناظر و ...) پس از کسر
كسورات قانونی از پیمانکار حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت مستندات مربوطه نسبت به
پرداخت وجه اقدام نماید.

تبصره ۱ : چنانچه مستندات مشروح این ماده برای یک یا چند و یا همه دستگاههای موضوع قرارداد ، به
موقع به کارفرما ارائه نگردد ؟ کارفرما در مورد دستگاههایی که مستندات آن را دریافت ننموده است تا
زمان دریافت آنها هیچ گونه تعهد پرداخت نخواهد داشت.

ماده سوم- مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ لغایت به مدت یکسال شمسی می باشد.

ماده چهارم- تعهدات پیمانکار:

مستندات: پیمانکار تعهد می نماید کلیه مستندات مربوط به قرارداد از جمله چك لیست های کمپانی سازنده، شرایط محیطی و فیزیکی برای نگهداری و استفاده دستگاه، توصیه شده توسط سازنده، راهنمای استفاده و سایر مستندات مربوط را حداکثر یک هفته پس از شروع قرارداد در دو نسخه به کارفرما و ناظر تحويل نماید.

مراجعات : پیمانکار باید جهت تعمیرات ، نگهداری و سرویس همه دستگاه های مولد اکسیژن ساز طرف قرارداد با رعایت سایر مفاد این قرارداد تا دو بار در هر ماه مراجعه و نسبت به تست ، کنترل دستگاههای تحت پوشش خود اقدام نماید و در صورت لزوم به صورت اساسی نسبت به تعمیرات و رفع عیب دستگاه پردازد و در صورت تعویض قطعات نسبت به تحويل قطعات معیوب به بیمارستان اقدام نماید ؟ بدیهی است نتیجه این مراجعات باید آماده به کار بودن و یا فعالیت دقیق و صحیح و بی عیب و نقص هر یک از دستگاههای موضوع قرارداد و به تائید کارفرما باشد ، لیکن در صورت در خواست کتبی کارفرما به جهت نیاز به مراجعات بعدی (بیش از دوبار) ؛ پیمانکار مکلف به مراجعه و انجام خواست کارفرما می باشد .

بازرسی: پیمانکار تعهد می نماید کلیه بازدیدها و بررسیها را در برنامه زمان بندی شده و بازدید هایی که نیاز آن از سوی کارفرما تشخیص داده می شود و اعلام می شود را به منظور اطمینان از اینمنی، صحت عملکرد و تنظیم بودن دستگاههای موضوع قرارداد در طول مدت قرارداد انجام دهد.

نگهداری: پیمانکار متعهد می گردد، سرویس های کارخانه سازنده و همچنین تست کالیبراسیون و تنظیمات قطعات دستگاههای موضوع قرارداد را مطابق چك لیست کمپانی که جزء لاینفک قرارداد می باشد و هر گونه اقدام مورد نیاز دیگر جهت اطمینان از اینمنی و عملکرد صحیح و پیشگیری از خرابی قسمتهای مختلف، طبق زمان بندی مشخص شده از سوی کمپانی انجام دهد.

زمان انجام سرویسها باید طبق جدول زمان بندی شده بهمراه چك لیست های کمپانی سازنده از سوی پیمانکار در اختیار کارفرما قرار گیرد و حداقل یک هفته قبل از انجام هر سرویس به نحو مقتضی به کارفرما اعلام شود.

کارفرما می تواند ضمن حضور در محل و ظارت بر انجام مراحل فوق، پس از اتمام کار نسبت به بررسیهای لازم در مورد وضعیت اینمنی، عملکرد و تنظیم بودن دستگاههای موضوع قرارداد اقدام نماید. بدیهی است که در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق موضوع به نحو مقتضی به اطلاع پیمانکار رسانده می شود و پیمانکار بلا فاصله ملزم به رفع مشکل مشاهده شده و ادای توضیحات مستند در این خصوص به کارفرما می باشد.

تبصره: پیمانکار موظف است اولین بازدید را حداکثر یک هفته پس از تاریخ شروع قرارداد انجام داده و گزارش مربوطه شامل اقدامات انجام شده را بلافصله حداکثر ظرف یک هفته به کارفرما ارائه نماید.

آموزش: پیمانکار متعهد می گردد پس از عقد قرارداد، هماهنگی لازم با کارفرما جهت برگزاری یک دوره آموزش کاربری و چگونگی نگهداری صحیح دستگاههای موضوع قرارداد را به عمل آورد

تعمیر: پیمانکار متعهد می گردد در تمام مدت اعتبار این قرارداد و در تمام اوّلت بجز تعطیلات رسمی (در صورتی که روزهای تعطیل رسمی بیش از ۲ روز متوالی نباشد)، حداکثر ظرف مدت ساعت پس از اعلام کارفرما متخصصین مربوطه برای رفع مشکل دستگاه در محل نصب وسیله حضور نیابند.

چنانچه در زمان تعیین شده مذکور متخصصین پیمانکار در محل دستگاه حضور نیابند، به ازای هر روز تأخیر علاوه بر افزایش ۲ برابر مدت تأخیر به مدت قرارداد به ازای هر روز برای هر دستگاه ریال بعنوان خسارت از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره ۱: تمامی هزینه های اجرت تعمیر؛ ایاب و ذهب ، غذا ، اسکان و ... نیروهای پیمانکار به عهده ایشان می باشد و کارفرما تعهدی ندارد .

تبصره ۲: چنانچه تأخیر مذکور بیش از یک هفته ادامه نیابد یا پس از حضور متخصصین پیمانکار انجام تعمیرات بیش از یک هفته به طول انجامد کارفرما حق دارد پس از بررسی و تأیید ناظر به ازای هر روز تأخیر به ازای هر دستگاه ریال بعنوان خسارت از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه قطعات مذکور وارداتی باشند پیمانکار موظف است تا بلافصله و بدون فوت وقت نسبت به تنظیم پیش فاکتور قطعه و یا قطعات یدکی منظور به نام کارفرما اقدام نموده آن را به تائید کارفرما رسانده اقدامات لازم جهت ارسال کالا به گمرکات کشور را ظرف حداکثر یک هفته پس از تشخیص عیب معمول دارد پیمانکار موظف به انجام ترخیص در مدت حداکثر ۳۰ روز ، ضمن هماهنگی با کارفرما میباشد. در صورتیکه زمان ورود قطعات مذکور به گمرک و نیز ترخیص آن بیش از سی روز به طول انجامد ، کارفرما حق دارد پس از بررسی و تایید ناظر به ازای هر روز تأخیر برای هر دستگاه ریال بعنوان خسارت از مطالبات پیمانکار کسر نماید ، شرایط خواب دستگاه نیز مطابق بند ۱۳ ماده ۴ اعمال خواهد شد ؛ همچنین اگر کارفرما حداکثر پس از یک هفته از دریافت فاکتور رسمی در پرداخت وجه تأخیر داشته باشد باید به ازای هر روز تأخیر مبلغ ریال به عنوان جریمه به پیمانکار پرداخت نماید .

ارسال مکاتبات برای ناظر: پیمانکار تعهد می نماید یک نسخه از تمامی مکاتبات خود با کارفرما را حداکثر پس از ۲۴ ساعت جهت ناظر ارسال نماید ، بدیهی است که در صورت عدم ارسال ، یا عدم ارائه گزارش و یا عدم اعلام تغییرات در مهلت مقرر پیمانکار مقصراً محسوب شده و مسئول پرداخت خسارت وارده از این حیث طبق نظر کارفرما می باشد.

انتقال دستگاه به محل پیمانکار: چنانچه به تشخیص کارشناس یا نیروهای فنی اعزامی از سوی پیمانکار، قسمتی از هر دستگاه احتیاج به تعمیر و سرویس اساسی داشته باشد که امکان انجام آن در محل کارفرما مقدور نباشد پس از تایید کارفرما کلیه مسئولیت و هزینه های بیمه، بسته بندی و حمل دستگاه به عهده پیمانکار می باشد ،

تأمین قطعات یدکی: به طور کلی تهیه قطعات یدکی و نیز کسب مجوزهای قانونی مربوطه به عهده پیمانکار می باشد .

تبصره ۱: پیمانکار تعهد می نماید در قبال تعویض قطعات معیوب(غیر از جابجایی) قطعات اسقاطی را به کارفرما تحویل نماید.

تبصره ۲: چنانچه قطعاتی مانند بردها یا سایر قطعات دچار صدمه گردند، پیمانکار متعهد است در مرحله اول نسبت به تعمیر قطعات مذکور و در صورت عدم امکان تعمیر نسبت به تعویض آنها با اطلاع و موافقت کارفرما اقدام نماید.

تبصره ۳: اجرت تعویض قطعات یدکی و یا تعمیرات چه در محل نصب وسیله یا دستگاه و یا خارج از محل مذکور و همچنین بازرگانی و نگهداری جزء لاینفک این قرارداد می باشد، و از بابت هر دو موضوع پیمانکار مستحق دریافت هیچگونه وجهی خواهد بود.

تبصره ۴: چنانچه حسب تشخیص ناظر، بر اثر سهل انگاری متخصصین پیمانکار در حین انجام تعمیر و یا سرویس، به قطعه و یا دستگاهی خسارتی وارد شود، پیمانکار موظف به جایگزینی و پرداخت خسارت زمان خواب دستگاه یا پرداخت خسارت وارده بر اساس نظر کارفرما و تأیید ناظر خواهد بود.

تبصره ۵: کارفرما می تواند نماینده یا نمایندگان خود را در کلیه مراحل بازرگانی و نگهداری به محل تعمیر دستگاه اعزام نماید، تا بر روند فعالیتهای پیمانکار نظارت داشته باشند و نماینده یا نمایندگان کارفرما در صورت تمایل نسبت به تست آزمونهای کالیبراسیون نیز اقدام نمایند. بدیهی است که در صورت مشاهده خطای غیرقابل قبول، پس از اعلام کارفرما، پیمانکار ملزم به رفع ایراد و تصحیح خطای اعلام شده ظرف مدت یک روز خواهد بود.

بهینه سازی: پیمانکار متعهد به انجام تغییر، تعدیل، ارتقاء(سخت افزاری و نرم افزاری) و یا هر گونه اقدام بر اساس فراخوانی که از طرف کارخانه سازنده یا مراجع ذیصلاح اعلام می گردد پس از اعلام و اخذ موافقت مکتوب کارفرما، می باشد. در صورتی که انجام موارد اعلام شده متحمل هزینه ای برای کارفرما باشد مراتب قبل از جهت کسب موافقت کارفرما، کتابخانه اعلام خواهد شد.

مشاوره: پیمانکار متعهد است به عنوان مشاور کارفرما، توصیه های لازم در جهت بهبود وضعیت کاری، آموزشی، تهیه قطعات یدکی و لوازم جانبی مورد نیاز را به کارفرما اعلام نماید تا دستگاه با حداقل توانایی خود قابل بهره برداری در مدت زمان عمر مفید خود باشد.

تهیه و ذخیره قطعات یدکی: پیمانکار متعهد می گردد قطعات یدکی مورد نیاز برای نگهداری، سرویس، رفع عیوب قابل پیش بینی دستگاههای موضوع قرارداد و نیز بر اساس میزان تکرار عیوب و تجارت موجود، فراهم و در صورت درخواست کتبی کارفرما در قبال ارائه فاکتور و پرداخت وجه از سوی کارفرما در انبار کارفرما ذخیره نماید تا در هنگام ضرورت بلافضله نسبت به استفاده از قطعات مذکور و راه اندازی دستگاههای موضوع قرارداد توسط پیمانکار اقدام گردد. چنانچه افرادی غیر از کارشناسان پیمانکار نسبت به تعویض قطعات اقدام نمایند و نیز قطعات یدکی خریداری شده توسط کارفرما به افراد دیگری فروخته و یا داده شود پیمانکار حق دارد فروش و تعویض قطعات یدکی را به کارفرما قطع نماید و پیامدهای ناشی از این عمل متوجه کارفرما خواهد بود.

زمان برپایی وسیله یا دستگاه: چنانچه زمان برپایی دستگاه کمتر از ۹۰٪ مدت زمان قرارداد شود، کارفرما حق دارد پس از بررسی و تایید ناظر جهت وصول خسارت واردہ به هر صورت که صلاح می داند عمل نماید، مگر اینکه خارج از اختیارات پیمانکار بوده و مورد تایید ناظر قرار گیرد.

زمان خواب وسیله یا دستگاه: مدت زمانی است که دستگاه به علت نقص فنی از کار بیفتد؛ چنانچه خواب هر دستگاه موضوع قرارداد به علت نقص فنی و یا قصور پیمانکار در ارائه خدمات باشد و تایید ناظر رسانده شود، کل این مدت به قرارداد اضافه خواهد شد و در صورتی که به علت عدم وجود قطعات یدکی از کار بیفتند، نیمی از کار افتادگی به مدت قرارداد اضافه خواهد شد. مگر آنکه موجه بودن تأخیر مورد تایید ناظر قرارداد قرار گرفته یا تأخیر ناشی از قصور کارفرما باشد.

تبصره ۱: مدت زمانیکه سیستم به علت قطع آب و برق و حوادث غیر مترقبه یا بازدید دوره ای از کار بیفتد جزء خواب دستگاه محسوب نمی شود.

تبصره ۲: چنانچه تعمیر قسمتی از دستگاه مستلزم انتقال آن به محل پیمانکار باشد مدت زمان انتقال دستگاه از زمان اعلام کتبی پیمانکار و از محل نصب آن تا محل پیمانکار و همچنین مدت برگشت آن از محل پیمانکار به محل نصب دستگاه، جزء زمان خواب محاسبه نمی شود.

اعلام مشخصات متخصصین پیمانکار: پیمانکار تعهد می نماید پس از انعقاد قرارداد جهت بهره برداری صحیح از دستگاه و اشراف کامل به مسائل فنی، نام متخصصین مجاز سرویس دستگاه را ظرف مدت ۴۸ ساعت کتاب اعلام نماید.

تحویل سالم دستگاه در پایان قرارداد: پیمانکار متعهد است حداقل دو هفته قبل از خاتمه قرارداد، ضمن شروع انجام تست های ایمنی، عملکرد و کالیبراسیون و کنترل های لازم و اطمینان از ایمنی و صحت عملکرد، تنظیم یا کالیبره بودن دستگاه، گزارشات و مستندات مربوطه را در پایان مدت قرارداد به همراه دستگاههای موضوع قرارداد، کاملاً سالم به کارفرما تحویل نماید.

ارسال گزارش های بازدید و سرویس برای کارفرما: پیمانکار موظف است یک نسخه از گزارش بازدیدهای دوره ای، تعمیرات، سرویسها و تنظیمات انجام شده را به فاصله حداقل ۵ روز پس از اقدام برای کارفرما ارسال نماید.

کارکنان پیمانکار حق ندارد کارکنان شاغل کارفرما و ناظر را به طریقی در استخدام خود داشته باشد.

اعلام تغییرات ثابتی در شرکت پیمانکار به کارفرما: پیمانکار موظف است هر گونه تغییرات (نمایندگی، نیروهای فنی، محل شرکت و ...) در شرکت خود را بلافصله و حداقل ۷ روز مدت یک هفته به صورت کتبی به اطلاع کارفرما برساند و کارفرما می تواند بعد از دریافت این اطلاعات در مورد ادامه همکاری با پیمانکار و یا تغییر شرایط، تصمیم گرفت نماید. بدیهی است که در صورت عدم ارسال، یا عدم ارائه گزارش و یا عدم اعلام تغییرات در مهلت مقرر پیمانکار مقصراً محسوب و مسئول پرداخت خسارات وارد از این حیث می باشد.

ماده پنجم - تعهدات کارفرما:

کارفرما تأمین شرایط محیطی و فیزیکی برای نگهداری و استفاده دستگاههای توصیه شده توسط سازنده و ارائه شده توسط پیمانکار را متعهد می شود.

محافظت از آسیب های فیزیکی و شیمیایی در اثر ضربه، گردوغبار، مواد شیمیایی و اسیدها و محلولهای شستشو و مرطوب شدن بردهای الکتریکی بعهده کارفرما می باشد.

کارفرما متعهد است از دخالت غیر در امور مورد تعهد پیمانکار جلوگیری به عمل آورد.

ماده ششم - حل اختلاف:

در صورت بروز اختلافی اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد به تعبیر و تفسیر هر یک از بند های قرارداد پدید آید و طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق و میانجیگری ناظر حل نمایند، مراتب ابتدا از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی در غیر این صورت از طریق محاکم قضایی پیگیری خواهد شد.

ماده هفتم - کسورات قانونی:

پرداخت مالیات که بموجب قوانین و مقررات موجود و قوانین و مقرراتی که مجدداً وضع شده و به این قرارداد تعلق گیرد بعهده پیمانکار است و کارفرما موظف به ارائه قبوض و مدارک پرداختی به پیمانکار می باشد.

ماده هشتم - کارمندان پیمانکار:

تمامی کارمندانی که برای انجام امور قرارداد در خدمت پیمانکار می باشند، کارمند پیمانکار محسوب شده، تمامی مسئولیت‌های ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری و یا هر نوع حقوق و مزایای قانونی کارمندان مزبور به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما از هر گونه مسئولیت در این مورد مبری الذمه است.

ماده نهم- قانون منع مداخله:

پیمانکار معترف است که قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب دیماه ۱۳۳۷ را رعایت نموده است و چنانچه خلاف آن ثابت شود هرگونه تبعات قانونی ناشی از آن بر عهده پیمانکار می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

ماده دهم- انتقال پیمانکار:

پیمانکار نمی تواند ، پیمان را به صورت کلی و یا جزئی بغیر واگذار نماید.

ماده یازدهم- اقامتگاه پیمانکار:

محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه قرارداد نوشته شده است در صورتیکه این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید خود را بلافاصله و ظرف حداقل ۵ روز کتابی به کارفرما و ناظر اعلام نماید در صورتیکه پیمانکار به این تعهد خود عمل ننماید هر نامه ای که از طرف کارفرما یا ناظر پرسیله نامه رسان یا پست به محل قانونی سابق پیمانکار ارسال شود، ابلاغ قانونی تلقی خواهد شد.

ماده دوازدهم- اطلاع از شرایط قرارداد:

کارفرما و پیمانکار از شرایط قرارداد، نحوه اجرا، چگونگی مقتضیات محل و شرایط کار، اطلاع کامل داشته و به هیچوجه نمی توانند به عذر عدم اطلاع، از اجرای اموری که وفق قرارداد واگذار گردیده خودداری نمایند.

ماده سیزدهم- تغییر قرارداد:

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد فقط با توافق طرفین امکان پذیر خواهد بود.

این قرارداد در ۱۳ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم شده است و به همراه مستندات ذکر شده در همین قرارداد، در ۴ نسخه در تاریخ امضاء و مبادله گردیده، اعتبار تمامی نسخ آن با هم برابر و در احتساب روز و ماه و سال، سال خورشیدی ملاک عمل است.

شماره

تاریخ :

تعهدنامه شماره ۱ (کفایت ظرفیت تولید اکسیژن طبی)

بدینوسیله ما دارندگان امضاء مجاز شرکت به شماره ثبت و شناسنامه ثبتی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شماره به شرح مشخصات ذیل امضاهایمان و در ذیل همین برگه؛ که در مناقصه خرید تعداد ۵ دستگاه اکسیژن ساز طبی برای دانشگاه علوم پزشکی قم ، با پیشنهاد محصولات تولیدی کمپانی که نماینده رسمی / انحصاری / تولید کننده اصلی محسوب می شویم با مدلهای پیشنهادی و شرکت نموده ایم ؛ با دقت تمام ، همه شرایط مناقصه را مورد مطالعه قرار داده و در کمال صحت و سلامت تمامی موارد آن اعم از ماده و بند و تبصره و توضیح و اشاره می پذیریم .

همچنین بررسی های دقیق علمی و فنی لازم رانیز در خصوص برآورد مصرف اکسیژن طبی مراکز آموزشی درمانی نکویی هدایتی ؛ کامکار - عرب نیا و ایزدی به عمل آورده و تایید نمودیم که دستگاههای پیشنهادی ما کفایت نیاز این مراکز را در هر شرایط مصرف می نمایند ؛ بنابراین شرعا و قانونا متعهد می گردیم در هر زمان که مشخص شود هر گونه آسیب ، ضرر و زیانی چه مالی و چه جانی به دلیل تولید اکسیژن با ظرفیتی کمتر و یا کیفیتی دون شرایط اعلام شده از سوی دستگاههای اکسیژن ساز مذکور متوجه هر شخص حقیقی یا حقوقی گردد ، در هر زمان مسئولیت آن را بی قید و شرط بپذیریم و پاسخگو باشیم .

بدیهی است این تعهد نامه حقوقی محسوب شده و به منزله تعهد شرکت خواهد بود و از لحظه اعلان رسمی به شرکت به عنوان برنده مناقصه و تا تمام مدت اعتبار خدمات پس از فروش مورد تعهد برای دستگاههای مذکور اعتبار خواهد داشت .

آقای / خانم

آقای / خانم

آقای / خانم

شماره شناسنامه:

شماره شناسنامه:

شماره شناسنامه:

صادره از:

صادره از:

صادره از:

سمت در شرکت:

سمت در شرکت:

سمت در شرکت:

شماره

تاریخ :

تعهدنامه شماره ۲ (مربوط به بند ۲ و قسمت ج ۳ ، ج ۴ ، ج ۵ ، ج ۶ ، ج ۷ ; بند ۵ مدارک پاکت "ب")

بدینویله ما دارندگان امضاء مجاز شرکت به شماره ثبت و شناسنامه ثبتی
اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به شماره به شرح
مشخصات ذیل امضاهایمان در ذیل همین برگه؛ که در مناقصه خرید تعداد ۵ دستگاه اکسیژن ساز طبی
برای دانشگاه علوم پزشکی قم ، با پیشنهاد محصولات تولیدی کمپانی که نماینده رسمی /
انحصاری / تولید کننده اصلی محسوب می شویم با مدلهای پیشنهادی و شرکت
نموده ایم ؛ با دقت تمام همه شرایط مناقصه را مورد مطالعه قرار داده و در کمال صحت و سلامت ضمن
پذیرش تمامی موارد آن اعم از ماده و بند و تبصره و توضیح و اشاره به تک تک موارد ذیل نیز شرعا و
قانونا معهود می گردیم ؛ بدیهی است این تعهد نامه حقوقی محسوب شده و به منزله تعهد شرکت
خواهد بود و از لحظه اعلان رسمی به شرکت به عنوان برنده مناقصه و تا تمام مدت اعتبار
خدمات پس از فروش مورد تعهد برای دستگاههای مذکور اعتبار خواهد داشت .

پایندی شرکت به قوانین ؛ ضوابط و مقررات جاری کشور به ویژه آینین نامه تجهیزات پزشکی و همه
ضوابط پیرامون آن و نیز اصلاحیه ها ؛ دستورالعملها و مقررات مرتبط در هر زمانی که توسط هر مرجع ذی
صلاح قانونی ابلاغ گردد .
مدت زمان تحويل سیستم های موضوع مناقصه ، از زمان عقد قرارداد روز (کاری و غیرکاری
) خواهد بود .

مدت زمان گارانتی برای مجموعه دستگاه ماه و برای زئولیت سال ؛ بدین معنی که
شرکت ضامن است که سیستم در تمام طول این مدت کاملا درست کار کند و رضایت دانشگاه علوم
پزشکی قم را برآورده سازد ؛ در غیر این صورت بنا به تشخیص دانشگاه علوم پزشکی قم ؛ محصول
تعویض شده و یا اصل پول برگشت داده می شود ؛ همچنین در طول این مدت با هر بار اعلان رسمی
مراکزی که اکسیژن ساز در آن جا نصب می باشد زمان مراجعه ، رسیدگی فنی و اصلاح و ضیت کمتر از
۴۸ ساعت خواهد بود ؛ قطعات معیوب با قطعات نو تعویض گردیده و هیچ هزینه جانبی نیز از قبیل رفت و
آمد ، هتلینگ و ... متوجه خریدار نخواهد بود .

مدت زمان ارائه خدمات پس از فروش سال ؛ بدین معنی که تعهدات خاباطه مند نظیر انجام
آزمونهای پذیرش ؛ آموزش ؛ تامین قطعات ؛ تعمیرات جزئی و کلی ؛ کالیبراسیون ؛ ارتقا و روزآمدی ؛

ردیابی محصول ؛ رسیدگی به درخواست مشتری ؛ انجام اقدامات اصلاحی ؛ فرآخوانی محصول و هر موضوع دیگر طبق ضوابط خدمات پس از فروش شرکت‌های تجهیزات پزشکی ؛ به منظور عملکرد مطلوب و با رعایت اصول ایمنی در طول این مدت توسط شرکت اعمال می‌گردد و در این رابطه شرکت ضامن می‌باشد.

حداکثر زمان مراجعته شرکت جهت ارائه خدمات پس از فروش ، از زمان اعلام رسمی مرکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی قم که وسیله جمعی آن می‌باشد ، به عنوان مشتری ؛..... ساعت خواهد بود و بلافضله پس از مراجعته ، اقدام لازم درخصوص ارائه خدمات مورد نظر مرکز معمول گردیده و به هر شکل رفتار ضابطه مند معمول گردیده و تا حد امکان رضایت ایشان جلب می‌گردد.

متوسط هزینه نگهداری سالیانه هر سیستم شامل اجرای دستورالعمل های PM و آزمون های کالیبراسیون بعد از دوره گارانتی (که بدون قطعه و بر اساس سال جاری محاسبه شده است)
ریال تعیین می‌گردد ؛ بدیهی است قرارداد نگهداری منضم اسناد مناقصه که به تایید ، مهر و امضای رسمی و مجاز این شرکت رسیده است به عنوان قرارداد نگهداری پس از پایان دوره گارانتی مورد قبول شرکت می‌باشد ؛ مگر آن که دانشگاه علوم پزشکی قم نظر دیگری داشته باشد و یا بندهای آن را تغییر دهد که در هر صورت تصمیم و نظر دانشگاه علوم پزشکی قم مورد قبول شرکت نیز می‌باشد ؛ همچنین مبلغ تعیین شده به عروان مبلغ پایه مورد قبول شرکت است که مشمول ضرایب افزایش سالیانه تعریفه خدمات پس از فروش ابلاغی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در پایان دوره گارانتی گردیده ؛ به این روش محاسبه شده ؛ عدد حاصل مبلغ حق العمل شرکت در قرارداد نگهداشت آن سال منظور می‌شود و این شرکت از این بابت طلب هیچ گونه وجه اضافه تری را نمی‌نماید.

آقای / خانم

آقای / خانم

آقای / خانم

شماره شناسنامه:

شماره شناسنامه:

شماره شناسنامه:

صادره از:

صادره از:

صادره از:

سمت در شرکت:

سمت در شرکت:

سمت در شرکت:

برگ پیشنهاد قیمت

امضا کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و م سولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه ، شرایط مناقصه ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان ، مشخصات فنی عمومی ، نقشه های کلی و تفضیلی اجرایی ، فهرست مقادیر و قیمت های برآورده کار ، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و استناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان ، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و استناد مناقصه و پس از بازدید کامل از محل کاروبا اطلاع کامل از جمع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

۱. عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج استناد و مدارک مناقصه و پیمان به عدد ریال انجام دهم .
حروف ریال انجام دهم .

عدد ریال انجام دهم .
حروف ریال انجام دهم .

۲. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :
الف: استناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در استناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ بعنوان برنده مناقصه (باستانی روزهای تعطیل) تسلیم نمایم .

ب: ظرف مدت مقرر در پیمان ، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در استناد و مدارک مناقصه با تمام برسانم .

۳. تأیید می نمایم که کلیه ضمایم استناد و مدارک مناقصه جزء لا ینفک این پیشنهاد محاسب می شود .
۴. اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار ، الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد .
۵. تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان تسلیم تضمین اجرای تعهد ، تضمین موضوع بند دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام .

تاریخ : / / نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده .